



# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 6241/18-М

Действительно до  
« 23 » сентября 2020 г.

Средство измерений Термометры медицинские электронные модель

наименование, тип, модификация,

WT-06 flex

ГРСИ № 64535-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) LOT 0818

поверено в соответствии с описанием типа

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки»

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: ГРЭ единицы температуры 3-го разряда

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

3.1.ZZA.0007.2015

или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 21,0 °С, относительная влажность 62 %; атмосферное давление 99,0 кПа

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки  
« 24 » сентября 2018 г.



*Подпись*

*Подпись*



С.Н. Негода

Инициалы, фамилия

Н.Ю. Грязских

Инициалы, фамилия

по № XVIII 005206