



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 7781/18-М**

Действительно до  
« 07 » ноября 2020 г.

Средство измерений **Приборы для измерения артериального давления**

наименование, тип, модификация

**и частоты пульса модель PRO-30 ГПСИ № 66709-17**

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

**отсутствует**

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **381800001-381802500**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **Р 1323565.2.001-2018 «ГСОЕИ. Измерители**

**артериального давления неинвазивные. Методика поверки»**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **ГРЭ единицы давления 3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

**ГРЭ единицы частоты 2-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015**

или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 21,0 °С,**

**относительная влажность 62 %; атмосферное давление 100,6 кПа**

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 08 » ноября 2018 г.



*(Signature)*  
Подпись



**С.Н. Негода**

Инициалы, фамилия

**А.Н. Худобина**

Инициалы, фамилия

по № XVIII 007271