



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о поверке**

№ 9805/18-М

Действительно до
« 26 » декабря 2020 г.

Средство измерений **Приборы для измерения артериального давления**

наименование, тип, модификации,

и частоты пульса модель PRO-35 ГПСИ № 66709-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав эталона входит несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **471800001-471807500**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **Р 1323565.2.001-2018 «ГСОЕИ. Измерители**

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **ГРЭ единицы давления 3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

ГРЭ единицы частоты 2-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015

или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 21,0 °С,**

относительная влажность 62 %; атмосферное давление 97,2 кПа

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки



Главный метролог

Подпись



С.Н. Негода

Инициалы, фамилия

Поверитель

Подпись

Р.И. Лебедев

Инициалы, фамилия

Дата поверки

« 27 » декабря 2018 г.

по № XVIII 011343