



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"  
(ФГУП "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46 Москва, 119361,  
тел.: (495)437-56-33, факс: (495) 437-31-47  
E-mail: [vniiofi@vniiofi.ru](mailto:vniiofi@vniiofi.ru) <http://www.vniiofi.ru>

ОКПО 05842749, ОГРН 1027739034036  
ИНН/КПП 7702038456/772901001

25 ОКТ 2019

№ 9-12 / 4592

На № \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»  
П.В. Козлову

Ул. Авангардная, д.3,  
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос исх. 656 от 10.10.2019 сообщаем, что на основании договора М/2019/Д4/1656 от 15.05.2019 (этап 6) с АО «Альфа Медика» ФГУП «ВНИИОФИ» провел первичную поверку «Термометров медицинских электронных модели WF-1000» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 31359-16) серийные номера от 1904F00001 до 1904F07200 в соответствии с документом на поверку МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки».

Результаты поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке в виде электронных документов на каждое средство измерений с использованием электронной цифровой подписи. Срок действия свидетельств – до 14 октября 2021 года.

Заместитель директора  
по инновациям

И.С. Филимонов