



ВНИИМС

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598
ИНН/КПП 7736042404/772901001

И.В. Иванникова № *2021/08-589*

На _____ от _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»
Козлову П.В.

Г

Г

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24.05.2019 г. провел первичную поверку термометров медицинских электронных моделей WT-03 base, WT-04 standard, WT-06 flex, изготовленных фирмой «Vega Technologies Inc.», Китай (регистрационный номер во ФГИС «Аршин» № 64535-16, с серийными номерами термометров, указанными в таблице 1) в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки - положительные.

Таблица 1

Модель термометров медицинских электронных	Количество, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-03 base	90 000	1421080401-1421170400	31.05.2021	30.05.2023
WT-04 standard	19 200	1421022081-1421041280	01.06.2021	31.05.2023
WT-06 flex	6 720	1421006721-1421013440	01.06.2021	31.05.2023
WT-06 flex	9 600	1421010561-1421020160	02.06.2021	01.06.2023

Сведения о результатах первичной поверки опубликованы во ФГИС «АРШИН» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заместитель директора
по производственной метрологии



Н.В. Иванникова