

*№ 202-19-81
от 28.06.2019г*

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., в период с 19.06 по 27.06.2019 года провел первичную поверку Приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: PRO-39, А-23, А-27, PRO-30 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17), MED-55 (регистрационный номер в ФИФ № 71339-18), PRO-60 (регистрационный номер в ФИФ № 73701-18), с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Советник директора




В.Н. Яншин

Перечень средств измерений

| Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ)) | Модифик. | Номер в ФИФ | Серийные номера партии | Дата поверки | Срок действия свидетельства о поверке |
|---|----------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | PRO-39 | 66709-17 | 071900001-071902000 | 19.06.2019 | 18.06.2021 |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | PRO-39 | 66709-17 | 121900001-121903000 | 19.06.2019 | 18.06.2021 |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | A-23 | 66709-17 | 131910001-131912000 | 19.06.2019 | 18.06.2021 |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | MED-55 | 71339-18 | 011900001-011906500 | 20.06.2019 | 19.06.2021 |
| Приборы для измерения артериального давления | PRO-60 | 73701-18 | 011903001-011906510 | 20.06.2019 | 19.06.2021 |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | A-27 | 66709-17 | 071900001-071902000 | 21.06.2019 | 20.06.2021 |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | PRO-30 | 66709-17 | 091900001-091902000 | 21.06.2019 | 20.06.2021 |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | PRO-30 | 66709-17 | 101900001-101902000 | 21.06.2019 | 20.06.2021 |

Заместитель начальника отдела 202



Гончаров А.И.