



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"
(ФГУП "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46 Москва, 119361,
тел.: (495)437-56-33, факс: (495) 437-31-47
E-mail: vniofi@vniofi.ru <http://www.vniofi.ru>

ОКПО 05842749, ОГРН 1027739034036
ИНН/КПП 7702038456/772901001

28 ИЮН 2019

№ 9-12/ 4388

На № _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»
П.В. Козлову

ул. Авангардная, д. 3
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос исх. № 344 от 24.06.2019 (вх. ФГУП «ВНИИОФИ» № 8518 от 26.06.2019) сообщаем, что на основании договора М/2019/Д4/1656 от 15.05.2019 (этап 1) с АО «Альфа-Медика» ФГУП «ВНИИОФИ» провел первичную поверку «Термометров медицинских электронных модели WF-1000» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 31359-16), серийные номера от 1901F00001 до 1901F10000 в соответствии с документом на поверку МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки».

Результаты поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке в виде электронных документов на каждое средство измерений с использованием электронной цифровой подписи. Срок действия свидетельств – до 09 июня 2021 года.

Заместитель директора
по инновациям

И.С. Филимонов