



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"
(ФГУП "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46 Москва, 119361,
тел.: (495)437-56-33, факс: (495) 437-31-47
E-mail: vniofi@vniofi.ru <http://www.vniofi.ru>

ОКПО 05842749, ОГРН 1027739034036
ИНН/КПП 7702038456/772901001

09 СЕН 2019 № 9-12/6265

На № _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»
П.В. Козлову

Ул. Авангардная, д.3,
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос исх. № 579 от 30.08.2019 сообщаем, что на основании договора М/2019/Д4/1656 от 15.05.2019 (этап 5) с АО «Альфа Медика» ФГУП «ВНИИОФИ» провел первичную поверку «Термометров медицинских электронных модели WT-06 flex» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 64535-16) серийные номера от 2319000001 до 2319005184 в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке в виде электронных документов на каждое средство измерений с использованием электронной цифровой подписи. Срок действия свидетельств – до 25 августа 2021 года.

Заместитель директора
по инновациям

И.С. Филимонов