



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"  
(ФГУП "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46 Москва, 119361,  
тел.: (495)437-56-33, факс: (495) 437-31-47  
E-mail: [vniofi@vniofi.ru](mailto:vniofi@vniofi.ru) <http://www.vniofi.ru>

ОКПО 05842749, ОГРН 1027739034036  
ИНН/КПП 7702038456/772901001

02 ИЮЛ 2019

№ 9-12

14487

На № \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»  
П.В. Козлову

Ул. Авангардная, д.3,  
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос исх. № 346 от 25.06.2019 (вх. ФГУП «ВНИИОФИ» № 8520 от 26.06.2019г.) сообщаем, что на основании договора М/2019/Д4/1656 от 15.05.2019 (этап 2) с АО «Альфа Медика» ФГУП «ВНИИОФИ» провел первичную поверку «Термометров медицинских электронных модели WT-09 quick» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 64535-16) серийные номера от 1319000001 до 1319003000 в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке в виде электронных документов на каждое средство измерений с использованием электронной цифровой подписи. Срок действия свидетельств – до 18 июня 2021 года.

Заместитель директора  
по инновациям

И.С. Филимонов