

РОССИЯ
• ВНИИОФИ •

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 7985/17-М

Действительно до
« 13 » декабря 2019 г.

Средство измерений Термометры медицинские электронные

наименование, тип, модификация,

модель WT-03 base

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

ГРСИ №64535-16

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **LOT 1117**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки»**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **Термометр высокой точности 7516/2000 ID016,**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

термометр высокой точности 38 ID060-38,

расширенная неопределенность $U=0,009$ °C, $k=2$

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 23 °C,**
относительная влажность 70 %, атмосферное давление 96 кПа

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 14 » декабря 2017 г.



Подпись
Подпись



С.Н. Негода

Инициалы, фамилия

И.Н. Швалева

Инициалы, фамилия

ПО № XVII 008592