



**ВНИИМС**

Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594  
ИНН/КПП 9729315781/772901001

от 08.10.2024 № 202-24-273

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

П.В. Козлову

Г

Г

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 185499 от 19 декабря 2023 г., в период с 04 по 08 октября 2024 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса, моделей PRO-35, PRO-33, PRO-30, PRO-36, PRO-39, А-27 и MED-57 (регистрационный номер 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные. Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения №1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по управлению качеством



А.А. Сатановский

Исп. А.Ю. Акименко  
Тел. +7 (495) 437 29 10

## Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	112400001-112409800	04.10.2024	03.10.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	222400001-222402620	04.10.2024	03.10.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	222400001-222419000	04.10.2024	03.10.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-27	342300001-342303800	07.10.2024	06.10.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-30	252400001-252401000	07.10.2024	06.10.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	252428981-252437980	07.10.2024	06.10.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	252400001-252405840	07.10.2024	06.10.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	252400001-252402000	08.10.2024	07.10.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	252400001-252408000	08.10.2024	07.10.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-57	252400001-252401500	08.10.2024	07.10.2026

Заместитель начальника отдела 202



Е.В. Николаева