

№ 202-20-39
ОИИ 12.03.2020

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 28.02.2020 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: PRO-33, PRO-35, PRO-30 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17), MED-53 (регистрационный номер в ФИФ № 71339-18), с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Первый заместитель директора
по науке



Ф.В. Булыгин

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Номер в ФИФ	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	471900001-471902000	28.02.2020	27.02.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	471900001-471912800	28.02.2020	27.02.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-53	71339-18	261900001-261902000	28.02.2020	27.02.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-30	66709-17	381900001-381902000	28.02.2020	27.02.2022

Первый заместитель директора
по науке



[Handwritten signature]

Ф.В. Булыгин

Заместитель начальника отдела 202

Д.А. Николаев