

№ 202-20-53
от 26.03.2020г.

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 23.03, 25.03.2020 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-39, А-23, MED-57 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17), с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Первый заместитель директора
по науке



Ф.В. Булыгин

Исп. Николаева Е.В.
8(495) 781 84 26

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Номер в ФИФ	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-23	66709-17	022000001-022022000	23.03.2020	23.03.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	022014001-022034000	23.03.2020	23.03.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-30	66709-17	431900001-431902000	23.03.2020	23.03.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-30	66709-17	471900001-471902000	23.03.2020	23.03.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	501900001-501912400	25.03.2020	25.03.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	501900001-501906000	25.03.2020	25.03.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	66709-17	501900001-501903000	25.03.2020	25.03.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-57	66709-17	501900001-501902000	25.03.2020	25.03.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-23	66709-17	501900001-501904000	25.03.2020	25.03.2022

Первый заместитель директора
по науке

Начальник отдела 202



[Signature]
Ф.В. Булыгин

[Signature]
Е.А. Ненашева