



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"
(ФГБУ "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46, Москва, 119361,
тел.: (495) 437-56-33, факс: (495) 437-31-47
E-mail: vniiofi@vniiofi.ru; <http://www.vniiofi.ru>

ОГРН 1237700065470
ИНН/КПП 9729338933/772901001

06 СЕН 2024

№ 9-4

5226

На № _____

Коммерческому директору
АО «Альфа-Медика»
Ю.И. Дворянову

Ул. Авангардная, д. 3, пом. I,
эт. 4, оф. 2402,
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос, исх. № 118 от 15.08.2024, сообщаем, что на основании договора М/2024/Д4-А/1693 от 15.05.2024 этап 2 с АО «Альфа-Медика», ФГБУ ВНИИОФИ» провел первичную поверку «Термометров медицинских электронных моделей WF-1000, WF-2000, модель WF-1000» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 31359-16) по документу МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки».

- диапазон серийных номеров от 2105F00001-2105F07000 (7000 шт.),
- дата поверки 02.09. 2024, действительна до 01.09.2026.

Результаты поверки положительные.

Сведения о результатах поверки переданы в Федеральный информационный фонд.

Директор

И.С. Филимонов