



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"
(ФГБУ "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46, Москва, 119361,
тел.: (495) 437-56-33, факс: (495) 437-31-47
E-mail: vniiofi@vniiofi.ru; <http://www.vniiofi.ru>

ОГРН 1237700065470

ИНН/КПП 9729338933/77290100X

15 НОЯ 2024

№ 9 - 4

На № _____

Коммерческому директору
АО «Альфа-Медика»
Ю.И.Дворянову

Ул. Авангардная, д. 3
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос Исх. № 152 от 11.11.2024 г., сообщаем, что на основании договора М/2024/Д4-А/1693 от 15.05.2024 этап 5 с АО «Альфа-Медика», ФГБУ «ВНИИОФИ» провел первичную поверку:

- «Термометров медицинских электронных моделей WF-1000, WF-2000»
модель WF-1000 (рег. № в ФИФ 31359-16), диапазон серийных номеров
2105F07001-2105F13500 (6500 шт.) дата поверки 12. 11. 2024 г., действительна до
11. 11. 2026 г.

Поверка проведена в соответствии с документом МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки». Результаты поверки положительные.

Директор

И.С. Филимонов

Исполнитель Е.В.Крылова
Телефон +7 (495) 781-44-61, krilova-d4@vniiofi.ru