



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"  
(ФГБУ "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46, Москва, 119361,  
тел.: (495) 437-56-33, факс: (495) 437-31-47  
E-mail: [vniiofi@vniiofi.ru](mailto:vniiofi@vniiofi.ru); <http://www.vniiofi.ru>

ОГРН 1237700065470  
ИНН/КПП 9729338933/772901001

20 ФЕВ 2025

№ 9 - 4

На № \_\_\_\_\_

Коммерческому директору  
АО «Альфа-Медика»  
Ю.И.Дворянову

Ул. Авангардная, д. 3  
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос, исх. № 10 от 10.01.2025 г., сообщаем, что на основании договора М/2024/Д4-А/1693 от 15.05.2024 этап 8 с АО «Альфа-Медика», ФГБУ «ВНИИОФИ» провел первичную поверку:

- «Термометров медицинских электронных моделей WF-1000, WF-2000» модель WF-1000, (регистрационный № в ФИФ 31359-16), диапазон серийных номеров 2105F13501-2105F20000 (6500 шт.), дата поверки 17. 02. 2025 г., действительна до 16. 02. 2027 г.

Поверка проведена в соответствии с документом МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки». Результаты поверки положительные.

Директор

И.С. Филимонов

Исполнитель Е.В.Крылова  
Телефон +7 (495) 781-44-61, [krilova-d4@vniiofi.ru](mailto:krilova-d4@vniiofi.ru)