



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической
службы»

(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,

Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru

ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594

ИНН/КПП 9729315781/772901001

19.08.2024 № 202408-247
На № _____ от _____

Коммерческому директору

АО «Альфа-Медика»

Дворянову Ю.И.

Г

Г

Уважаемый Юрий Иванович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 185499 от 19.12.2023 г. провело первичную поверку термометров медицинских электронных модели WT-03 base, WT-04 standart, WT-06 flex (rabbit), изготовленных фирмой «Vega Technologies Inc.», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 64535-16), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с п.21 Порядка проведения поверки средств измерений, приведенном в Приложении 1 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Приложение № 1

к письму № 202408-247 от 19.08.2024

Перечень средств измерений

Модель термометров медицинских электронных	Количество в партии, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-03 base	200 040	315	1824230281-1824430320	13.08.2024	12.08.2026
WT-04 standart	25 536	125	1824047233-1824072768	14.08.2024	13.08.2026
WT-06 flex (rabbit)	6 000	80	3721083857-3721089856	15.08.2024	14.08.2026

Начальник отдела 207


А.А. Игнатов