



**ВНИИМС**

Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Всероссийский научно-  
исследовательский институт метрологической  
службы»

(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594  
ИНН/КПП 972931578/772901001

15.12.2022 № 204/28-235  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»  
Козлову П.В.

Г

Г

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24.05.2019 г. провело первичную поверку термометров медицинских электронных модели WT-03 base, изготовленных фирмой «Vega Technologies Inc.», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 64535-16), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Приложение № 1

к письму № 2024/01-235 от 10.12.2022

Перечень средств измерений

Модель термометров медицинских электронных	Количество в партии, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-03 base	124 680	200	3522310081-3522434760	14.12.2022	13.12.2024

А.С. Черноусова

Зам. начальника отдела 207