



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической
службы»

(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,

Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru

ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594

ИНН/КПП 9729315781/772901001

О.В. Додд № *204/08-129*
На № _____ от _____

Генеральному директору

АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

Г

Г

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24.05.2019 г. провело первичную поверку термометров медицинских электронных моделей WT-03 base, изготовленных фирмой «Vega Technologies Inc.», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 64535-16), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии



А.Е. Колонин

Исп. Смирнова Е.А.
8(495) 430-74-21

Приложение № 1

к письму № 24/08-129 от 28.08.2022

Перечень средств измерений

Модель термометров медицинских электронных	Количество в партии, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-03 base	30 000	125	0222000001-0222030000	03.08.2022	02.08.2024
WT-03 base	50 040	200	0922030001-0922080040	04.08.2022	03.08.2024

Начальник отдела 207

А.А. Игнатов

