



**ВНИИМС**

**Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Всероссийский научно-  
исследовательский институт метрологической  
службы»**

**(ФГБУ «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594  
ИНН/КПП 9729315781/772901001

07.09.2023 № 207/08-219  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»  
Козлову П.В.

Г

Г

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24.05.2019 г. провело первичную поверку термометров медицинских электронных моделей WT-03 base, WT-04 standart, изготовленных фирмой «Vega Technologies Inc.», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 64535-16), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с п.21 Порядка проведения поверки средств измерений, приведенном в Приложении 1 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Приложение № 1

к письму № 207/08-219 от 07.09.2023г.

Перечень средств измерений

Модель термометров медицинских электронных	Количество в партии, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-03 base	30 000	125	0223000001- 0223030000	04.09.2023	03.09.2025
WT-04 standart	20 304	125	0223030001- 0223050304	05.09.2023	04.09.2025

Начальник отдела 207

  
А.А. Игнатов