



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической
службы»

(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,

Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru

ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594

ИНН/КПП 9729315781/772901001

25.10.2025 № 204908-303
На № _____ от _____

Г

Г

Коммерческому директору

АО «Альфа-Медика»

Дворянову Ю.И.

Уважаемый Юрий Иванович!

ФГБУ «ВНИИМС» провело первичную поверку термометров медицинских электронных модели WT-03 base, WT-04 standart, WT-06 flex (duck) изготовленных фирмой «Vega Technologies Inc.», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 64535-16), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с п.21 Порядка проведения поверки средств измерений, приведенном в Приложении 1 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

к письму № 2024/08-303 от 25.10.2024

Перечень средств измерений

Модель термометров медицинских электронных	Количество в партии, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-03 base	130 080	200	3124430321-3124560400	22.10.2024	21.10.2026
WT-04 standart	20 160	125	3124072769-3124092928	23.10.2024	22.10.2026
WT-06 flex (duck)	6 144	80	3124000001-3124006144	24.10.2024	23.10.2026

Начальник отдела 207

А.А. Игнагов

