



Федеральное агентство  
по техническому регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»  
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

Озёрная ул., д. 46, г. Москва, 119361  
Тел.: (495) 437-37-29, факс: (495) 437-56-66  
E-mail: info@rostest.ru, www.rostest.ru

ОКПО 11246589, ОГРН 1027700066415  
ИНН/КПП 7727061249/772701001

Коммерческому директору

АО «Альфа-Медика»

Дворянову Ю.И.

28.12.2024 № 204/08-332

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г

7

Уважаемый Юрий Иванович!

ФБУ «НИЦ ПМ - РОСТЕСТ» провело первичную поверку термометров медицинских электронных модели WT-03 base, WT-04 standart, изготовленных фирмой «Vega Technologies Inc.», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 64535-16), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с п.21 Порядка проведения поверки средств измерений, приведенном в Приложении 1 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель генерального директора



С.А. Денисенко

Исп. Черноусова А.С.  
8 (495) 430-74-21

Приложение № 1

к письму № 2024/08-332 от 28.12.2024

Перечень средств измерений

Исполнение термометров	Количество, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-03 base	138 000	200	3924560401-3924698400	25.12.2024	24.12.2026
WT-04 standart	21 504	125	3924092929-3924114432	27.12.2024	26.12.2026

Начальник отдела 207

А.А. Игнатов

