



**ВНИИМС**

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Всероссийский научно-исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГУП «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598  
ИНН/КПП 7736042404/772901001

30.09.2021 № 204/08-665

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору

АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

Г

Г

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24.05.2019 г. провел первичную поверку термометров медицинских электронных моделей WT-03 base, WT-04 standard, WT-06 flex, WT-09 quick, изготовленных фирмой «Vega Technologies Inc.», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 64535-16), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Приложение № 1

к письму № 2024/05-665 от 30.09.2021

Перечень средств измерений

Модель термометров медицинских электронных	Количество в партии, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-03 base	100 800	200	2721546481-2721647280	28.09.2021	27.09.2023
WT-04 standard	22 080	125	2721127681-2721149760	29.09.2021	28.09.2023
WT-06 flex	15 360	125	2721035521-2721050880	29.09.2021	28.09.2023
WT-06 flex	15 360	125	2721047041-2721062400	30.09.2021	29.09.2023
WT-09 quick	3 000	50	2721005641-2721008640	30.09.2021	29.09.2023

Начальник отдела 207

А.А. Игнагов