

119361, Москва, ул. Озерная, 46

Тел.: (495) 437 5577  
E-mail: Office@vniims.ru

Факс: (495) 437 5666  
www.vniims.ru

03.02.2020 № 207/419

На № \_\_\_\_\_

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., в период с 28.01 по 30.01.2020 года провел первичную поверку Термометров медицинских электронных моделей WT-05 ассурасу (регистрационный номер в ФИФ № 64535-16, с серийными номерами, указанными в таблице № 1) в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «Рекомендация. ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Таблица 1

Модель термометров медицинских электронных	Количество, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-05 ассурасу	43920	4319134881- 4319178800	30.01.2020	29.01.2022

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭП) согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ.

Заместитель директора  
по производственной метрологии  
ФГУП «ВНИИМС»



  
Н.В. Иванникова

Исп. Родионова Е.В.  
8(495) 430-74-21