



**ВНИИМС**

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Всероссийский научно-исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГУП «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598  
ИНН/КПП 7736042404/772901001

30.08.2021 № 204/08-646

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору

АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

Г

Г

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24.05.2019 г. провел первичную поверку термометров медицинских электронных моделей WT-03 base, WT-04 standart, WT-06 flex, изготовленных фирмой «Vega Technologies Inc.», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 64535-16), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Приложение № 1

к письму № 204/28-СЧБ от 20.08.2021

Перечень средств измерений

Модель термометров медицинских электронных	Количество в партии, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-03 base	206 040	315	2621340441-2621546480	26.08.2021	25.08.2023
WT-04 standart	28 800	125	2621098881-2621127680	25.08.2021	24.08.2023
WT-06 flex	6 720	80	2621028801-2621035520	27.08.2021	26.08.2023
WT-06 flex	7 680	80	2621039361-2621047040	27.08.2021	26.08.2023

Начальник отдела 207

А.А. Игнагов