



Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

Озёрная ул., д. 46, г. Москва, 119361
Тел.: (495) 437-37-29, факс: (495) 437-56-66
E-mail: info@rostest.ru, www.rostest.ru

ОКПО 11246589, ОГРН 1027700066415
ИНН/КПП 7727061249/772701001

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»
Козлову П.В.

28.04.2025 № 207-10/47
На № _____ от _____

Г

Г

Уважаемый Павел Владимирович!

ФБУ «НИЦ ПМ - РОСТЕСТ» провело первичную поверку термометров медицинских электронных модели WT-06 flex (duck), изготовленных фирмой «Vega Technologies Inc.», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 64535-16), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с п.21 Порядка проведения поверки средств измерений, приведенном в Приложении 1 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель генерального директора

С.А. Денисенко

Исп. Черноусова А.С.
8 (495) 430-74-21



Приложение № 1
к письму № 207-10/47 от 28.04.2025

Перечень средств измерений

Исполнение термометров	Количество, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
WT-06 flex (duck)	5 184	80	0725000001-0725005184	25.04.2025	24.04.2027

Начальник отдела 207

А.А. Игнатов