



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ СИСТЕМ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ "ИНВЕРСИЯ" (ОАО ФНТЦ "ИНВЕРСИЯ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц \_\_\_\_\_

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ГЧГ/20-09-2021/95903924

Действительно до 19.09.2023

Средство измерений

Термометры медицинские электронные: WT-03 base, WT-04 standart, WT-05 accuracy, WT-06 flex, WT-07 jumbo, WT-09 quick; WT-03 base; Per. № 64535-16

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

2721200161÷2721300240

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МИ 3555-2016

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

49400-12 Термометры сопротивления платиновые вибропрочные ПТСВ 355 2017 Эталон

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

2-го разряда ГОСТ 8.558-2009

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов:

температура: 21,5 °С; атм. давление: 98,6 кПа; отн. влажность: 54 %

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИО ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-95903924>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИО ОЕИ:

95903924

Поверитель

Машкович И.К.

фамилия, инициалы



20017487640

Знак поверки:

И. метролог

должность руководителя или другого уполномоченного лица



подпись

Серебряков О.Р.

фамилия, инициалы

Дата поверки

20.09.2021