



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"
(ФГУП "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46, Москва, 119361,
тел.: (495)437-56-33, факс: (495) 437-31-47
E-mail: vniofi@vniofi.ru <http://www.vniofi.ru>

ОКПО 05842749, ОГРН 1027739034036
ИНН/КПП 7702038456/772901001

22 НОЯ 2022

№ 9-4

7588

На № _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»
П.В. Козлову

Ул. Авангардная, д. 3
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос, исх. № 212 от 15.11.2022 г., сообщаем, что на основании договора М/2022/Д4-А/1437 от 21.04.2022 (этап 7) с АО «Альфа-Медика», ФГУП «ВНИИОФИ» провел первичную поверку «Термометров медицинских электронных инфракрасных серии WF моделей WF-3000, WF-4000, WF-5000» модели WF-5000 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 55542-13) по документу на поверку МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»:

- диапазон серийных номеров **2201N00001-2201N01000** (1000 шт.).

Дата поверки – 21 ноября 2022 года, действительна до 20 ноября 2023 года.

Результаты поверки положительные.

Сведения о результатах поверки переданы в Федеральный информационный фонд.

Заместитель директора
по инновациям

И.С. Филимонов

Исполнитель Е.В.Крылова
Телефон +7 (495) 781-44-61, krilova-d4@vniofi.ru