



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"
(ФГБУ "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46, Москва, 119361,
тел.: (495) 437-56-33, факс: (495) 437-31-47
E-mail: vniofi@vniofi.ru; <http://www.vniofi.ru>

ОГРН 1237700065470
ИНН/КПП 7729338933/772901001

29 АВГ 2023

№ 9 - 4

15181

На № _____



В ответ на Ваш запрос, исх. № 123 от 21.08.2023 г., сообщаем, что на основании договора М/2023/Д4-А/1397 от 12.04.2023 (этап 3) с АО «Альфа-Медика», ФГБУ «ВНИИОФИ» провел первичную поверку «Термометров медицинских электронных инфракрасных серии WF моделей WF-3000, WF-4000, WF-5000» модель WF -5000 (регистрационный № в ФИФ 55542-13), диапазон серийных номеров 2201N05001-2201N06200 (1200 шт.), дата поверки 28 августа 2023 года, действительна до 27 августа 2024 года.

Поверка проведена в соответствии с документом МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки». Результаты поверки положительные.

Директор

И.С. Филимонов

Исполнитель Е.В.Крылова
Телефон +7 (495) 781-44-61, krilova-d4@vniofi.ru