



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

от 12.10.2023г. № 202-23-243

На № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»

П.В. Козлову

Г

Г

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 09.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023 и 12.10.2023 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса, моделей: PRO-33, PRO-35, PRO-36, PRO-39, MED-57, А-23, А-27 (регистрационный номер 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения №1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии

Исп. Е.В. Баун
Тел. +7 (495) 437 29 10




А.Е. Коломин

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ)	Модификация	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	132300001-132304000	09.10.2023	08.10.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	132300001-132302000	09.10.2023	08.10.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	242300001-242307000	10.10.2023	09.10.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	242300001-242302000	10.10.2023	09.10.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	242300001-242304000	11.10.2023	10.10.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-57	242300001-242302000	11.10.2023	10.10.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-23	242300001-242304000	12.10.2023	11.10.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-27	242300001-242304000	12.10.2023	11.10.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	242303241-242316220	12.10.2023	11.10.2025

Заместитель начальника отдела 202



Р.В. Кузьменков