



ВНИИМС

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598
ИНН/КПП 7736042404/772901001

29.06.2021 № 202-21-151

На № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

Г

Г

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 28.06.2021 и 29.06.2021 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса моделей: PRO-33, PRO-36 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

Приложение: Перечень средств измерений - 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии

Н.В. Иванникова



Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модифи- кация/ модель	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельств о поверке
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	162105001- 162120000	28.06.2021	27.06.2023
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	162100001- 162102000	29.06.2021	28.06.2023

Заместитель директора
по производственной метрологии

Н.В. Иванникова

Заместитель начальника отдела 202

Р.В. Кузьменков

