



**ВНИИМС**

**Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГУП «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598  
ИНН/КПП 7736042404/772901001

23.04.2021 г. № 202-21-84

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

Г

Г

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 23.04.2021 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса моделей: PRO-33, А-23 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

Приложение: Перечень средств измерений - 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



Н.В. Иванникова

### Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модифи кация/ модель	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельств о поверке
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	032111001- 032119500	23.04.2021	22.04.2023
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-23	0321100001 032110000	23.04.2021	22.04.2023

Заместитель директора  
по производственной метрологии

Н.В. Иванникова

Заместитель начальника отдела 202

Р.В. Кузьменков

