



**ВНИИМС**

**Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГУП «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598  
ИНН/КПП 7736042404/772901001

20.08.2021 г. № 202-21 184

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

Г

Г

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., в период с 17.08.2021 года по 19.08.2021 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса модели: А-23, PRO-33, PRO-35, PRO-36, PRO-39 и MED-57 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму. Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Исп. Николаева Е.В.  
Тел. +7 (495) 437-29-10

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия поверки
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-23	202100001- 202124000	17.08.2021	16.08.2023
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	202100001- 202106000	17.08.2021	16.08.2023
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	202100001- 202112000	18.08.2021	17.08.2023
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	202100001- 202102000	18.08.2021	17.08.2023
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	202100001- 202104000	19.08.2021	18.08.2023
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-57	202100001- 202102000	19.08.2021	18.08.2023

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Заместитель начальника отдела 202

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Р.В. Кузьменков