



Федеральное агентство  
по техническому регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»  
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

Озёрная ул., д. 46, г. Москва, 119361  
Тел.: (495) 437-37-29, факс: (495) 437-56-66  
E-mail: info@rostest.ru, www.rostest.ru

ОКПО 11246589, ОГРН 1027700066415  
ИНН/КПП 7727061249/772701001

25.12.2024 № 202-04/335  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г

Г

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

П.В. Козлову

Уважаемый Павел Владимирович!

ФБУ «НИЦ ПМ-РОСТЕСТ» на основании Договора № 185499 от 19 декабря 2023 г., 20.12.2024, 23.12.2024 и 24.12.2024 года провело первичную поверку:

приборов для измерения артериального давления и частоты пульса, моделей: А-23, PRO-30, PRO-33, PRO-36, PRO-39 (регистрационный номер 66709-17);

приборов для измерения артериального давления, моделей: MED-61, MED-62, MED-63 (регистрационный номер 73701-18),

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные. Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения №1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель генерального  
директора




С.А. Денисенко

Исп. Е.В. Баун  
Тел. +7 (495) 437 29 10

## Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-23	332400001- 332402000	20.12.2024	19.12.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-30	332400001- 332401000	20.12.2024	19.12.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	332405201- 332411200	20.12.2024	19.12.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	332411201- 332422160	23.12.2024	22.12.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	332400001- 332401000	23.12.2024	22.12.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	332401001- 332409000	23.12.2024	22.12.2026
Приборы для измерения артериального давления	MED-61	102404501- 102406000	24.12.2024	23.12.2026
Приборы для измерения артериального давления	MED-62	102406001- 102419050	24.12.2024	23.12.2026
Приборы для измерения артериального давления	MED-63	102419051- 102424450	24.12.2024	23.12.2026

Начальник отдела 202



Р.В. Кузьменков