

√ 202-19-180 от 25.12.2019г.

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 19 декабря 2019 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих модели А-23 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



Н.В. Иванникова

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Номер в ФИФ	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-23	66709-17	371920001-371923500	19.12.2019	18.12.2021

Заместитель директора  
по производственной метрологии



Н.В. Иванникова

Начальник отдела 202



Е.А. Ненашева