



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 7729315781/772901001

от 13.03.2024 № 202-24-066

На № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»

П.В. Козлову

Г

Г

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 185499
от 19 декабря 2023 г., 11.03.2024, 12.03.2024 и 13.03.2024 года провело
первичную поверку:

приборов для измерения артериального давления и частоты пульса,
моделей: MED-57, А-27, PRO-36, PRO-39, PRO-33 (регистрационный номер
66709-17);

приборов для измерения артериального давления и частоты пульса,
моделей: MED-53, MED-55 (регистрационный номер 71339-18);

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018
«Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители
артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные. Результаты поверки
средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по
обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения №1
к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510
«Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований
к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Исп. Е.В. Баун
Тел. +7 (495) 437 29 10

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-57	132300001-132304100	11.03.2024	10.03.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-27	312300001-312303000	11.03.2024	10.03.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-53	342300001-342302000	12.03.2024	11.03.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	432300001-432302280	12.03.2024	11.03.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	432300001-432303000	12.03.2024	11.03.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-55	472300001-472302000	13.03.2024	12.03.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	432300001-432319700	13.03.2024	12.03.2026

Начальник отдела 202



Р.В. Кузьменков