



**ВНИИМС**

Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594  
ИНН/КПП 9729315781/772901001

от 14.04.23 № 202-23-068

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г

Г

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 12.04.2023 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления модели: PRO-60 (регистрационный номер 73701-18), приборов для измерения артериального давления и частоты пульса моделей: PRO-39, А-27 (регистрационный номер 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты периодической поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения №1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Исп. Пашкевич Н.Е.  
Тел. +7 (495) 437 29 10

## Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ)	Модификация	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления	PRO-60	022300001-022301950	12.04.2023	11.04.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	012300001-012307500	12.04.2023	11.04.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-27	012300001-012303000	12.04.2023	11.04.2025

Заместитель начальника отдела 202



Р.В. Кузьменков