



ВНИИМС

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598
ИНН/КПП 7736042404/772901001

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

От 27.07.2021 г. № 202-21-140
На № 224 от 20.07.2021 г.

Г

Г

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 23.07.2021 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса модели: PRO-39 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму. Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии

А.Е. Коломин

Исп. Николаева Е.В.
Тел. +7 (495) 437-29-10



Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модифи кация/ модель	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельств о поверке
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	132100001- 132103000	23.07.2021	22.07.2023
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	162100001- 162102000	23.07.2021	22.07.2023

Заместитель директора
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Заместитель начальника отдела 202

Е.В. Николаева