



**ВНИИМС**

**Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГУП «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598  
ИНН/КПП 7736042404/772901001

27.07.2020 № 2020-20-140

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г

7

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 21.07.2020 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: PRO-30, А-27 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17), приборов для измерения артериального давления и частоты пульса MED-55 (регистрационный номер в ФИФ № 71339-18) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



*Иванникова*  
Н.В. Иванникова

Исп. Николаева Е.В.  
8(495) 781 84 26

*Иванникова*

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модифи- кация/ модель	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельств о поверке
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-30	441900001- 441903000	21.07.2020	20.07.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-55	192000001- 192002500	21.07.2020	20.07.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-27	212000001- 212006000	21.07.2020	20.07.2022

Заместитель директора  
по производственной метрологии



 Н.В. Иванникова

Начальник отдела 202

 Е.А. Ненашева