



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о поверке**

№ 174/19-М

Действительно до  
« 16 » января 2021 г.

Средство измерений **Приборы для измерения артериального давления**  
*наименование, тип, модификации,*  
**и частоты пульса модель PRO-35 ГРСИ № 66709-17**  
*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений*

*(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)*

**отсутствует**

*серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)*

заводской номер (номера) **441800001-441807500**

поверено **в соответствии с описанием типа**  
*наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)*

поверено в соответствии с **Р 1323565.2.001-2018 «ГСОЕИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки»**

*наименование документа, на основании которого выполнена поверка*

с применением эталонов: **ГРЭ единицы давления 3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015**  
*наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс*

**ГРЭ единицы частоты 2-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015**  
*или погрешность эталона, применяемого при поверке*

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 21,0 °С, относительная влажность 62 %; атмосферное давление 97,2 кПа**

*приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Главный метролог

*Ср*  
Подпись



**С.Н. Негода**

*Инициалы, фамилия*

Поверитель

*Н.Ю.*  
Подпись

**Н.Ю. Грязских**

*Инициалы, фамилия*

Дата поверки

« 17 » января 2019 г.

по № XVIII 010088