

№ 202-19-88 от 08.07.2019г.

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., в период с 26.06 по 28.06.2019 года провел первичную поверку Приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: MED-61, MED-63 (регистрационный номер в ФИФ № 73701-18), PRO-39, PRO-35, PRO-33 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



Н.В. Иванникова

## Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модифик.	Номер в ФИФ	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	66709-17	081900001-081902000	28.06.2019	27.06.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-61	73701-18	021900001-021901020	26.06.2019	25.06.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-63	73701-18	021900001-021909300	26.06.2019	25.06.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	111900001-111912000	28.06.2019	27.06.2021
Приборы для измерения артериального давления	PRO-35	66709-17	111900001-111906000	28.06.2019	27.06.2021

Заместитель директора  
по производственной метрологии



Н.В. Иванникова