

*№ 202-19-95
от 18.07.2019*

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г. в период с 26.06. по 28.06.2019 года провел первичную поверку Приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: PRO-33 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17), с серийными номерами с 131900001 по 131908700, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии



Н.В. Иванникова

Н.В. Иванникова