

202-19-63

от 07.06.2019г.

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., в период с 31.05 по 7.06.2019 года провел первичную поверку Приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: PRO-33, PRO-35 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17), MED-53 (регистрационный номер в ФИФ № 71339-18), MED-61, MED-62 (регистрационный номер в ФИФ № 73701-18), с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Руководитель ИЦ ФГУП «ВНИИМС»  Н.В. Иванникова



Приложение № 1

к письму № 202-19-63
от 07.06.2019

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	модификация	Номер в ФИФ	Серийные номера партии
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	081900001-081916400
	PRO-35		081900001-081908000
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-53	71339-18	091900001-091906500
Приборы для измерения артериального давления	MED-61	73701-18	011900001-011902010
	MED-62		011900001-011910800

Начальник отдела 202



Ненашева Е.А.

