



Федеральное агентство  
по техническому регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»  
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

Озёрная ул., д. 46, г. Москва, 119361  
Тел.: (495) 437-37-29, факс: (495) 437-56-66  
E-mail: info@rostest.ru, www.rostest.ru

ОКПО 11246589, ОГРН 1027700066415  
ИНН/КПП 7727061249/772701001

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

П.В. Козлову

11.07.2025 № 202-06/114  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Павел Владимирович!

ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» на основании Договора от 17.12.2024 № 196455, 04.07.2025, 07.07.2025, 08.07.2025 и 10.07.2025 года провело первичную поверку:

– приборов для измерения артериального давления и частоты пульса, моделей MED-53, PRO-33, PRO-35, PRO-39 (рег. номер 71339-18);

– приборов для измерения артериального давления, модели MED-61 (рег. номер 73701-18)

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения № 1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель генерального директора

С.А. Денисенко



Перечень средств измерений

| Наименование типа                                             | Исполнение | Серийные номера       | Дата поверки | Действит. по |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | MED-53     | 012500001 – 012503000 | 04.07.2025   | 03.07.2027   |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | PRO-33     | 082555481 – 082557480 | 10.07.2025   | 09.07.2027   |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | PRO-33     | 082500001 – 082528980 | 04.07.2025   | 03.07.2027   |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | PRO-33     | 082559461 – 082586460 | 07.07.2025   | 06.07.2027   |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | PRO-35     | 492400001 – 492409000 | 07.07.2025   | 06.07.2027   |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | PRO-35     | 522409001 – 522413840 | 07.07.2025   | 06.07.2027   |
| Приборы для измерения артериального давления                  | MED-61     | 122404021 – 122405520 | 08.07.2025   | 07.07.2027   |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | PRO-39     | 192500001 – 192509000 | 08.07.2025   | 07.07.2027   |

Начальник отдела 202



Р.В. Кузьменков