



ВНИИМС

**Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598
ИНН/КПП 7736042404/772901001

05.10.2020 № 202-20-2019

На № _____ от _____

Г

1

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 30.09.2020 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: PRO-33, PRO-35, (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17), с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии

 Н.В. Иванникова



Исп. Николаева Е.В.
8(495) 781 84 26

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модифи кация/ модель	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельств о поверке
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	172010001- 172020000	30.09.2020	29.09.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	202000001- 202025600	30.09.2020	29.09.2022
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	172002001- 172012000	30.09.2020	29.09.2022

Заместитель директора
по производственной метрологии





Н.В. Иванникова

Заместитель начальника отдела 202



Д.А. Николаев