



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

от 20.12.2022 № 202-22-311

На № _____ от _____

Г

Г

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 19.12.2022 и 20.12.2022 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса модели: А-23, MED-53, PRO-35, PRO-36 (регистрационный номер 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты периодической поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Исп. Кузьменков Р.В.
Тел. +7 (495) 781 84 26

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-23	312100001-312106000	19.12.2022 г.	18.12.2024 г.
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-53	522106001-522108000	19.12.2022 г.	18.12.2024 г.
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-53	082200001-082201500	20.12.2022 г.	19.12.2024 г.
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	062200001-062202000	20.12.2022 г.	19.12.2024 г.
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	092202001-092204000	20.12.2022 г.	19.12.2024 г.

Заместитель начальника отдела 202



Р.В. Кузьменков