



ВНИИМС

**Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

от 16.12.2022 № 202-22-304

На № _____ от _____

Г

Г

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 13.12.2022, 15.12.2022 и 16.12.2022 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса модели: PRO-33, PRO-35 (регистрационный номер 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты периодической поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора



Ф.В. Булыгин

Исп. Кузьменков Р.В.
Тел. +7 (495) 781 84 26

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ)	Модификация	Серийные номера	Дата поверки	Действитель но по
Приборы для измерения артериального давление и частоты пульса	<i>PRO-35</i>	092213401-092230980	13.12.2022 г.	12.12.2024 г.
Приборы для измерения артериального давление и частоты пульса	<i>PRO-35</i>	162228981-162235280	15.12.2022 г.	14.12.2024 г.
Приборы для измерения артериального давление и частоты пульса	<i>PRO-33</i>	332200001-332225000	16.12.2022 г.	15.12.2024 г.
Приборы для измерения артериального давление и частоты пульса	<i>PRO-33</i>	342200001-342219000	16.12.2022 г.	15.12.2024 г.

Заместитель начальника отдела 202



Р.В. Кузьменков