

*№ 202-19-181  
от 21.11.2019 г.*

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 07 ноября 2019 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36, PRO-39, А-23, MED-57 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17), приборов для измерения артериального давления PRO-60 (регистрационный номер № 73701-18), приборов для измерения артериального давления MED-55 (регистрационный номер № 71339-18) с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 2 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



*Н.В. Иванникова*  
Н.В. Иванникова

### Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Номер в ФИФ	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	271900001-271911300	07.11.2019	06.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	271900001-271904000	07.11.2019	06.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-23	66709-17	271900001-271907500	07.11.2019	06.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	261900001-261909500	07.11.2019	06.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	261900001-261912000	07.11.2019	06.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	66709-17	261900001-261902000	07.11.2019	06.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	66709-17	261900001-261904000	07.11.2019	06.11.2021
Приборы для измерения артериального давления	PRO-60	73701-18	051900001-051907020	07.11.2019	06.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-30	66709-17	171900001-171903000	08.11.2019	07.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	171900001-171905000	08.11.2019	07.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-55	71339-18	241900001-241910500	08.11.2019	07.11.2021
Приборы для измерения артериального давления	PRO-60	73701-18	061900001-061903000	08.11.2019	07.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	301900001-301911000	08.11.2019	07.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	301900001-301906000	08.11.2019	07.11.2021

Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	66709-17	301900001-301902000	08.11.2019	07.11.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	MED-57	66709-17	301900001-301902000	08.11.2019	07.11.2021

Заместитель директора  
по производственной метрологии



*[Handwritten signature]*

Н.В. Иванникова

Начальник отдела 202

*[Handwritten signature]*

Е.А. Ненашева