



Федеральное агентство  
по техническому регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»  
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

Озёрная ул., д. 46, г. Москва, 119361  
Тел.: (495) 437-37-29, факс: (495) 437-56-66  
E-mail: info@rostest.ru, www.rostest.ru

ОКПО 11246589, ОГРН 1027700066415  
ИНН/КПП 7727061249/772701001

05.12.2024 № 202-24-322  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г \_\_\_\_\_ 7

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

П.В. Козлову

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 185499 от 19 декабря 2023 г., 03.12.2024 и 04.12.2024 года провело первичную поверку: приборов для измерения артериального давления и частоты пульса, моделей: PRO-33, PRO-35 (регистрационный номер 66709-17);

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные. Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения №1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель генерального  
директора



С.А. Денисенко

Исп. Е.В. Баун  
Тел. +7 (495) 437 29 10

## Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификац ия	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	322400001-322428980	03.12.2024	02.12.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	362409001-362415980	03.12.2024	02.12.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	322400001-322410000	04.12.2024	03.12.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	362400001-362422000	04.12.2024	03.12.2026

Начальник отдела 202



Р.В. Кузьменков