

По требованию

№ 202-19-182 от 17.12.2019

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 13.12, 16.12. 2019 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: PRO-33, PRO-35, PRO-39, А-23 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17), приборов для измерения артериального давления MED-61, MED-63 (регистрационный номер № 73701-18) с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии



Н.В. Иванникова
Н.В. Иванникова

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Номер в ФИФ	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
Приборы для измерения артериального давления	MED-61	73701-18	091900001-091902010	13.12.2019	12.12.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	381900001-381905000	13.12.2019	12.12.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	391900001-391907000	13.12.2019	12.12.2021
Приборы для измерения артериального давления	MED-63	73701-18	081900001-081903810	13.12.2019	12.12.2021
Приборы для измерения артериального давления	MED-63	73701-18	091900001-091909900	13.12.2019	12.12.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	A-23	66709-17	381900001-381903500	16.12.2019	15.12.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	381900001-381911600	16.12.2019	15.12.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	66709-17	381900001-381903000	16.12.2019	15.12.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	391900001-391918400	16.12.2019	15.12.2021

Заместитель директора
по производственной метрологии



Н.В. Иванникова
Н.В. Иванникова

Начальник отдела 202

Е.А. Ненашева
Е.А. Ненашева